



RESOLUCIÓN: N° 1230 /

VALPARAÍSO, 119 ABR 2013

VISTOS: Estos antecedentes, la solicitud presentada por la **UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO RUT 60.921.000-1** ; para obtener autorización de equipo de Rayos X Intraoral, marca Progeny Dental, modelo JB70, ubicado en **CALLE SUBIDA CARVALLO N° 211, COMUNA DE VALPARAÍSO** ; informes del 16 de Abril de 2013 por personal de la Oficina Territorial Valparaíso, en el que consta que reúne las condiciones sanitarias mínimas y **TENIENDO PRESENTE**, las disposiciones del D.F.L.N° 725/68 "Código Sanitario"; el D.S. N° 133/84 "Reglamento Sobre Protección para Instalaciones Radiactivas" y las facultades que me confiere el D.L. N° 2763/79, modificado por Ley 19.937; D.S. 126/07 del Ministerio de Salud; Resolución N° 3568/06 del Secretario Ministerial de Salud - Región Valparaíso; y en uso de las facultades que el suscrito le confiere la Resolución Exenta N° 3276/09, del Secretario Regional Ministerial de Salud-Región Valparaíso, informo lo siguiente:

RESOLUCIÓN

- AUTORÍZASE** el funcionamiento del **Equipo de Rayos X dental Intraoral**, marca Progeny Dental, modelo JB70, año fabricación 2012, N° de serie OF29922, 70 Kv máx. y 7 mAs máx., ubicado **CALLE SUBIDA CARVALLO N° 211, COMUNA DE VALPARAÍSO**; de propiedad de **UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO RUT 60.921.000-1.-**
- TÉNGASE PRESENTE** que la persona responsable de la seguridad radiológica de las instalaciones descritas es D. Pío Borzone Garbarino RUN 4.401.778-4, Licencia de Operación N° 498 del 7 de Julio 2010 de la Oficina Territorial Valparaíso, Seremi de Salud Región Valparaíso.
- ADVIÉRTASE** a los interesados que en el funcionamiento del equipo de Rayos X, se deberá cumplir con las disposiciones del D.S.N° 03/85, Reglamento de Protección Radiológica.



NÓTESE Y COMUNÍQUESE.

M.V. **MARIA ANGELICA TRINCADO C.**
JEFA OFICINA TERRITORIAL VALPARAÍSO
SEREMI DE SALUD REGIÓN VALPARAÍSO

Int.100 (15/04/2013)

Distribución

- Interesado.
- Unidad de Prof. Médicas y Paramédicas
- Unidad de Salud Ocupacional.
- Archivo Oficina Territorial.