



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE SALUD  
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO

DEPTO. PROG. DEL AMBIENTE  
UNIDAD SALUD OCUPACIONAL  
NVC/MATC/DRI/MMB/pbf

RESOLUCION EXENTA N° 09.OCT.03\* 2909

VALPARAISO,

**VISTOS:** La solicitud presentada por Dra. Luisa Torrijos Martinez, Directora, en representación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, ubicada en Subida Carvallo N° 211, Playa Ancha, para el funcionamiento de un Equipo de Rayos X, marca GENDEX, modelo GX 770 de diagnóstico médico dental; lo informado por el Departamento de Programas Sobre el Ambiente y **TENIENDO PRESENTE** las disposiciones del Decreto Ley N° 725/68 que aprobó el Código Sanitario y el D.S. N° 133/84 Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radioactivas, y las facultades que me confieren la Resolución N° 520/96 de Contraloría General de la República; D.L. 2763/79 y su Reglamento, y en uso de las facultades que me confiere los D.S. N° 42/86 y 201/2000, dicto la siguiente:

**RESOLUCION:**

1. **AUTORIZASE**, el funcionamiento del Equipo de Rayos X, marca GENDEX, modelo GX 770, año 1998, número de serie del tubo 58867, comando 771-1319058, K.V.P. máximo 70, M.A. máximo 7, para uso de Radiografías Dentales, instalado en Subida Carvallo N° 211, Playa Ancha, Valparaíso.
2. **TÉNGASE PRESENTE**, que la persona responsable de la seguridad radiológica de las instalaciones de descrita es el Dr. Pío Santiago Borzone Garbarino, Resolución Exenta N° 2370 del 14 de Agosto del 2003, del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
3. **ADVIÉRTASE** a los interesados que en el funcionamiento de los equipos de Rayos X, deberá cumplirse las disposiciones del D.S. N° 03/85, sobre Reglamento de Protecciones Radiológicas.

**ANÓTESE y COMUNÍQUESE**



**DR. DANIEL VERDESSI BELEMMI**  
**DIRECTOR**  
**S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO**

*[Handwritten mark]*